

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张青
	职称: 工程师
	工作单位: 郑大一附院
项目信息	项目名称: 漯河市中心医院医科达Flexitron HDR后装治疗机配套施源器及相关附件采购项目
	供应商名称: 河南茂丰医疗科技有限公司
专业人员论证意见	经查阅施源器与治疗机在源架品牌、源架材质、不同厂家的施源器无法兼容,且施源器的尺寸精度、表面处理、定位标记等对治疗机的剂量率影响较大,若施源器无法与治疗机匹配,将直接影响治疗效果,甚至危及患者安全。同时,施源器材质如海盐材料等,且厂家资质不全,缺乏必要的认证,因此,同意采用单一来源采购。
专业人员签字	张青 日期: 2015年10月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。