

单一来源采购方式专家论证意见

一、基本情况

申请单位	信阳市中心医院
拟采购产品名称	联影 uMR790 3.0T 核磁共振成像系统维保服务
拟采购产品金额	80万元/年×4年
采购项目所属项目名称	信阳市中心医院联影 uMR790 3.0T 核磁共振成像系统单一来源维保服务采购项目
采购项目所属项目金额	320万元
供应商名称	上海联影医疗科技股份有限公司

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取

☒ 3. 其他

原因阐述：

1. 本项目为信阳市中心医院联影 uMR790 3.0T 核磁共振成像系统的维修维保项目，该设备由上海联影医疗科技股份有限公司生产，由于大型高端设备的维修专业技术性强，要求原厂配件的匹配性高，生产厂家对配件供应有保障、熟悉相关技术及工艺，原厂维修能够保障设备在维修维保过程中的性能稳定性、整体质量、患者安全及使用寿命。
2. 设备生产厂家能够提供设备的原厂全新备件，需要更换的备件无其它品牌替代产品，其它维修厂家无上述相应资质、能力。

三、专家论证意见

专家 (1)

专家姓名:

周强 上海市中远

专家工作单位:

专家电话:

专家意见:

目前该院使用超声探头及其拆成像系统。该种设备系统备件无其它品牌替代产品。建议采购第一来源备件维护。

专家签字

周强
2023年6月9日

专家 (2)

专家姓名:

叶中音

专家工作单位:

上海市疾病预防控制中心

专家电话:

专家意见:

该院使用的UMR290 3.0 T核磁共振成像系统。其维护和保养。该产品技术已更了解和熟悉其参数及性能等。更换配件时其它产品的难以替代。若予以。建议采购第一来源服务。

专家签字

叶中音
2023年6月9日

专家 (3)

专家姓名:

曹健

专家工作单位:

上海市第四人民医院

专家电话:

专家意见：该磁共振为联影MR790 3.0T产品。由于产品已过保修期需后期维修来保证该设备正常使用。其它设备商无法提供相应资质及能力。因采用单一来源。

专家签字

2023年6月9日

专家(4)

专家姓名：张松板

专家工作单位：信阳市肿瘤医院

专家电话：

专家意见：

该产品在信区质保上，能够提供原厂全新备件。需要更换的备件无其它品牌能代替。建议采用单一来源服务。

专家签字

2023年6月9日

专家(5)

专家姓名：陈浩

专家工作单位：信阳市纪委监委

专家电话：

专家意见：

该设备维修系大型高端设备的专业维修，专业技术要求高，需要原厂配件及技术，建议采用单一来源服务。

专家签字 陈浩

2023年6月9日