

## 政府采购进口产品专家论证意见表

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                              | 郑州市第七人民医院            |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                           | 郑州市第七人民医院超广角眼底相机采购项目 |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                           | 170.00 万元            |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                        | 郑州市第七人民医院超广角眼底相机采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                        | 170.00 万元            |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <p>我院因工作需要，拟采购超广角眼底激光成像仪 1 套，用于视网膜多模式成像、视网膜造影、动态造影眼底病诊断。拟采购的设备需具备 1. 真彩超广角眼底成像 2. 自发荧光成像功能 3. 自动拼图 4. 立体视盘拍照模式 5. 外眼及眼睑拍照模式。广角成像模式 130°，超广角成像模式 200°，分辨率 7.3 微米。目前国产的设备配置、相关技术指标及性能相对较弱，拍摄的图片分辨率偏低，图像质量一般，稳定性差，拍摄时间长等不足，局部失真，易造成漏诊、误诊，无法满足我院临床使用需求，故申请购买进口设备。</p> |                      |

三、专家论证意见

经专家组论证，该产品符合标准要求，  
且无排他性、唯一性及歧视性条款，  
同国产品相比有较大品质优势。  
同意按招标采购流程采购。

专家签字：

张爱兰

2025年10月10日